

«ФЁСТВЕНТ»

общество с ограниченной ответственностью

424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 120, к. 4
ОГРН 1061215081124 ИНН 1215112027 КПП 121501001
р/счет 40702810570010046972 в Московский филиал АО КБ "МОДУЛЬБАНК" г. Москва
БИК 044525092 к/счет 30101810645250000092

19.02.2020 г., исх. № 51

Руководителю Тюменского УФАС России
Адрес: 625048, г.Тюмень, ул.Холодильная, д. 58 "А"
Факс: (3452) 505-914
E-mail: to72@fas.gov.ru

Заявитель: ООО «ФЁСТВЕНТ»
424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 120, к. 4
Тел.: (8362) 99-26-42
E-mail: al-12@list.ru

Ответчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения
Тюменской области «Многопрофильный клинический
медицинский центр «Медицинский город»
625041, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 32
E-mail: zhukov_dv@medgorod.info
Тел.: (3452) 270-508

ЖАЛОБА на действия государственного заказчика при осуществлении процедуры закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме № ЭК-127/20 на поставку хроматографа газового

На официальном сайте <http://www.torgi223.ru> опубликовано извещение № 31908719824 о проведении запроса котировок в электронной форме № ЭК-127/20 на поставку хроматографа газового.

ЗАКАЗЧИК: Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город»
625041, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 32.

Документация к извещению о вышеуказанном запросе котировок содержит положения, ограничивающие конкуренцию, а именно: п. 11 информационной карты к извещению о проведении запроса котировок содержит требование к участнику закупок о наличии лицензии на право эксплуатации радиационных источников (РИ) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям. Между тем комплект поставки газового хроматографа, являющегося предметом торгов, не содержит радиационных источников (РИ), а также не имеет комплектующих, содержащих радиационных источников (РИ).

В газовой хроматографии радиационный источник (РИ) может содержать только электронно-захватный детектор (ЭЗД), но в комплекте поставки газового хроматографа, являющегося предметом торгов, детектор ЭЗД отсутствует.

Следовательно требование заказчика о наличии у поставщика вышеуказанной лицензии является избыточным и ведет к ограничению числа участников запроса котировок, что является незаконным и противоречит основным положениям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **ПРОШУ:**

1. Провести проверку на наличие в действиях Заказчика нарушений при размещении извещения № 31908719824 о проведении запроса котировок в электронной форме № ЭК-127/20 на поставку хроматографа газового.
2. При наличии нарушений выдать предписание заказчику внести изменения в документацию и устранить ограничивающие конкуренцию положения.
3. К ответственности аукционную комиссию заказчика за нарушение действующего законодательства при размещении государственного заказа не привлекать.

Приложения:

1. Копия Решения о назначении Генерального директора общества.
2. Спецификация на поставку газового хроматографа.
3. Информационная карта.

С уважением,

Генеральный директор

